

PRÄSENTIERT DEN... **Österreichischen Cov-2-Antigen-Schnelltest**

DIAQUICK COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST

Wenn wichtige Entscheidungen zeitnah und rechtzeitig getroffen werden müssen, ermöglicht der SARS-CoV-2 Antigen-Test von DIALAB schnelle, zuverlässige Ergebnisse. Der AGES-geprüfte Schnelltest aus Österreich ist für die Abnahme im vorderen Nasenbereich („Anterio-Nasal-Test“) zugelassen und wird in dieser Form bereits vom Bundesministerium in Schulen verwendet.

Unser Anterio-Nasal-Test überzeugt mit österreichischer Qualität dank unseres Herstellers DIALAB in Wr. Neudorf. Die hohe Sensitivität bzw. Spezifität ermöglicht eine deutlich geringere Rate an falsch positiven Test als Vergleichstests bzw. von der EU empfohlene Schnelltests.

FACTSHEET DOWNLOAD

Mit Testabnahme im vorderen Nasenbereich, auch zur Eigenanwendung!

BESTE ERGEBNISSE

Genauer ist kein Antigen-Test!

- Sensitivität:
96,09 % (~ 125 µg/ml)
- Genauigkeit & Präzision:
98,98 %
- Kreuzreaktivität & Interferenz:
keine (aus 48 ausgewählten Substanzen)
- Spezifität:
100 %
- Nachweisgrenze (LoQ):
~ 20-25 ng/ml

VOLLE PACKUNG

Alles, was Sie brauchen!

- **20 Stück** Antigen-Schnelltests mit Kunststoffgehäuse
- **2 Stück** Extraktionslösungen
- **20 Stück** Nasopharyngeal bzw. Oropharyngeal-Tupfer
- **20 Stück** Kunststoff Extraktionsgefäße
- **20 Stück** Verschlusskappen für die Extraktionsgefäße
- **je 1** Beipackzettel in Deutsch und Englisch



Das Original aus Österreich

- sicheres Ergebnis nach 10-15 Minuten
- einfache und angenehme Probenentnahme durch Nasen- oder Rachenabstrich
- Mühelose Auswertung auch von nicht medizinisch geschultem Personal
- hergestellt in Österreich

von DIALAB

**Erhältlich zu
20 Stück pro Box!**

**PREIS je BOX
€ 119,-**

(Stückpreis € 5,95-)

NEU!



PROBENGWINNUNG im vorderen Nasenbereich...

Nasen-Rachenabstrich / Nasenabstrich:


QUICK GUIDE DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette

1 Probengewinnung


Nasaler Abstrich




2 Vorbereitung



3 Testdurchführung



4 Interpretation der Ergebnisse



Wir,

DIALAB Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.,

bestätigen hiermit als Hersteller des DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette „Z20601CE“ Antigen Schnelltests, dass dieser laut aktueller IFU sowohl mit Probenabnahme aus dem Nasenrachenraum (Nasopharyngeale Abstrichprobe) als auch mit Probenabnahme aus dem vorderen Nasenbereich (Anteriorer Nasalabstrich) verwendet werden kann.

Wr. Neudorf, 25.01.2021


Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen
Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H.
1100 Wien, Neudorf 12-14, 1100 Wien, Austria, UG 11555
Tel: +43 1 470 90 10, Fax: +43 1 470 90 10-80
E-Mail: info@dialab.at, www.dialab.at

Geschäftsführerin